Annexe 1 du CCP

Besoins et modes de consommation de la plateforme PIVOINE du laboratoire ICARE

Laboratoire	Contenant existant	Besoin Télémétrie Obligatoire	Consommation annuelle estimative (en L ou en m3)	Nombre de livraison annuelle	Consommation journalière (en L ou en m3)	Fréquence des approvisionnements et volume	Mode d'utilisation (liquide ou gazeux)	Fréquence et volume en sous-tirage	Durée maximale des pointes de consommation	Fréquence des pointes de consommation
ICARE	TANK 15 000 L	Oui	200 000 L (à +/- 30%)	Variable ~20/25 livraisons/an	Très variable	Variable 9 000L en moyenne	Liquide	0	Variable 1 cryo = 800L/jour 2 cryo = 1500L/jour	Variable