




COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3

| Ind. | Date | Dessinateur | Vérificateur | Resp.technique | Modifications |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.03.2025 | MSa | AGa | AGa | Edition du plan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tolérances générales: Linéaires: Angulaires: | Rugosité: | Matière: | Traitement: |
| | Masse: | Observations: | |

Echelle: 1:10


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG213 - Mur Ouest
Panoplie A/ VUE COTE

Fluid'Inox TUYAUTERIE PROCESS

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_260

Ce plan est la propriété de FluidInox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.




| Rep. | Désignation | Qté | Fournisseur | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaque PP Blanc | 1 | | |
| 2 | Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4" | 3 | ROTAREX | RX3010-V2V14M4FM240 |
| 3 | Manomètre sortie arrière VCRF1/4" | 3 | WIKA | |
| 4 | Té VCR Manomètre MMF 1/4" | 3 | FITOK | ref : 6L-TWG-FR4-MFR4-MFR4-Q68214 |
| 5 | Vanne RX04 | 3 | ROTAREX | RX04V LM 2W1 K A/B:V1/4F |
| 6 | Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir | 3 | | |
| 8 | Ecrou VCR mâle 1/4" | 3 | SWAGELOK | SS-4-VCR-4 |
| 9 | Embout long à souder 1/4" | 3 | SWAGELOK | 6LV-4-VCR-3-4TB7 |
| 11 | Vanne F/F 1/2" | 2 | | |
| 12 | Detendeur Tescom | 2 | | |
| 15 | T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89) | 2 | DOCKWEILER | Serie "Imperial" |
| 16 | | 2 | | |
| 17 | | 1 | | |
| 18 | | 1 | | |

| Ind. | Date | Dessinateur | Vérificateur | Resp.technique | Modifications |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.03.2025 | MSa | AGa | AGa | Edition du plan |

Tolérances générales:
Linéaires:
Angulaires:
Rugosité:
Masse:
Matière:
Traitement:
Observations:

Echelle: 1:10


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG213 - Mur Ouest
Panoplie A


Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_260

Ce plan est la propriété de FluidInox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.


Page: 2/3 Indice: 0




COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3

| Rep. | Désignation | Qté | Fournisseur | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaque PP Blanc | 1 | | |
| 2 | Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4" | 1 | ROTAREX | RX3010-V2V14M4FM240 |
| 3 | Manomètre sortie arrière VCRF1/4" | 1 | WIKA | |
| 4 | Té VCR Manomètre MMF 1/4" | 1 | FITOK | ref : 6L-TWG-FR4-MFR4-MFR4-Q68214 |
| 5 | Vanne RX04 | 1 | ROTAREX | RX04V LM 2W1 K A/B:V1/4F |
| 6 | Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir | 1 | | |
| 7 | Ecrou VCR mâle 1/4" | 1 | SWAGELOK | SS-4-VCR-4 |
| 8 | Embout long à souder 1/4" | 1 | SWAGELOK | 6LV-4-VCR-3-4TB7 |
| 9 | Vanne F/F 1/2" | 1 | | |
| 15 | T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89) | 1 | DOCKWEILER | Serie "Imperial" |
| 16 | Réhausse vanne pour détendeur ep 7 Ø40 | 1 | | EP 7 Ø40 |
| 17 | Vanne manuelle M20V | 1 | SELFA | Ref: M20V M1 2V1 I/K A/B:B3/4 (sans port de purge) |




| Ind. | Date | Dessinateur | Vérificateur | Resp.technique | Modifications |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 29/04/2025 | MSa | XLu | AGa | Mise à jour vanne |
| 0 | 26/03/2025 | MSa | AGa | AGa | Edition du plan |

Tolérances générales:
Linéaires:
Angulaires:
Rugosité:
Masse:
Matière:
Traitement:
Observations:

Echelle: 1:5

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG213 - Mur Est
Panoplie B

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_260

Ce plan est la propriété de FluidTinox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.