


Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur	Observations
1	Plaque PP Blanc	1		
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	3	ROTAREX	RX3010-V2V14M4FM240
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	3	WIKA	
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	3	FITOK	ref : 6L-TWG-FR4-MFR4-MFR4-Q68214
5	Vanne RX04	3	ROTAREX	RX04V LM 2W1 K A/B:V1/4F
6	Réhausse Vanne PE Noir	1		
7	Réhausse Détendeur PE Noir	1		
8	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	2		
9	Detendeur Tescom	1		
10	Ecrou VCR mâle 1/4"	3	SWAGELOK	SS-4-VCR-4
11	Embout long à souder 1/4"	3	SWAGELOK	6LV-4-VCR-3-4TB7
14		2		



Plan de joints VCR alignés



COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3



0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan
Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:5

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG221 - Mur Nord
Panoplie A


Format: A2


N° de plan
DOE_PLN_22076_600_261


Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Page: 1/4 Indice: 0

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	6	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	6	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	6	FITOK
5	Vanne RX04	6	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	6	
7	Ecrou VCR mâle 1/4"	6	SWAGELOK
8	Embout long à souder 1/4"	6	SWAGELOK
10		6	









0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan
Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications

Tolérances générales: Linéaires: Angulaires:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
	Masse:	Observations:	


Echelle: 1:3	CNRS C2N Panoplies SB - Zone 3 SB 2 DG221 - Mur Est Panoplie B	Fluid'Inox
Format: A2	N° de plan DOE_PLN_22076_600_261	Page: 2/4 Indice: 0

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.





Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur	Observations
1	Plaque PP Blanc	1		
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	3	ROTAREX	RX3010-V2V14M4FM240
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	3	WIKA	
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	3	FITOK	ref : 6L-TWG-FR4-MFR4-MFR4-Q68214
5	Vanne RX04	3	ROTAREX	RX04V LM 2W1 K A/B:V1/4F
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	3		
13	T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89)	1	DOCKWEILER	Serie "Imperial"
14		2		



Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:	Masse:	Observations:	
Angulaires:			

Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG221
Panoplie C


Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_261


Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	4	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	4	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	4	FITOK
5	Vanne RX04	4	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	4	
9	Ecrou VCR mâle 1/4"	3	SWAGELOK
10	Embout long à souder 1/4"	3	SWAGELOK
11	Vanne F/F 1/2"	2	
12	Detendeur Tescom	1	
16	T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89)	3	DOCKWEILER
17		3	





COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3



0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan
Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications

Tolérances générales: Linéaires: Angulaires:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:5

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB2
DG221 - Mur Sud
Panoplie D

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_261

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Page: 4/4 Indice: 0