Groupe Hospitalier Public du Sud de l'Oise

Site de CREIL
Boulevard Laënnec – BP 72
60109 CREIL Cedex

Site de SENLIS
Avenue Paul Rougé
60300 SENLIS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

établi en application du Code des Marchés Publics

FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR BLOC OPERATOIRE, OBSTETRICAL ET ANESTHESIE:
Abord chirurgical et percutané, instrumentation chirurgicale (18.30, 18.312, 18.314)
Habillage, drapage, protection et gants pour bloc opératoire (18.32)
Urologie (18.191, 18.342), set anesthésie péridurale (18.242), chambres implantables (18.181), consommables pour chirurgie ophtalmologique (18.201)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et son annexe, établi le 08/09/2026, comporte **15** pages

Article I – <u>CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA FOURNITURE</u>

- Les produits pharmaceutiques sont définis par référence au Code de la Santé Publique (CSP), à la réglementation des Pharmacopées Française et Européenne, aux normes Françaises et Européennes.

- Les produits pharmaceutiques sont des produits de santé entrant dans le champ de compétence de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé.

- L'étiquetage des produits pharmaceutiques doit être conforme aux dispositions du Code de la Santé Publique.
  Pour les dispositifs médicaux, l'étiquetage doit respecter les exigences strictes du Règlement Européen (UE) 2017/745 (RDM), en s'appuyant notamment sur les normes harmonisées en vigueur (ex: ISO 15223-1). De plus, pour les dispositifs concernés, des mentions spécifiques peuvent être requises pour l'inscription sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). »

- La durée de validité des produits livrés doit être égale ou supérieure au 2/3 de la validité totale.

- La fourniture est caractérisée par référence aux échantillons remis avec l'offre et les résultats des divers examens sont appréciés par comparaison avec ces échantillons, sauf cas où un changement de présentation est demandé par l'acheteur.

- Compte tenu de l'évolution des techniques médicales et chirurgicales et de la fréquence des incidents observés dans des vigilances sanitaires, la substitution d'un article par une autre référence sera possible, et l'ajout de références d'articles ne modifiant pas l'économie du marché sera possible également.

Article II – <u>QUALIFICATION DES FOURNISSEURS ET ASSURANCE QUALITE</u>

Le fournisseur et/ou son distributeur doit apporter la preuve :

- de sa qualification au regard des réglementations énoncées ci-dessus, c'est-à-dire être organisme qualifié pour les dispositifs médicaux,

- de l'existence d'une organisation basée sur un système d'assurance qualité garantissant la qualité des fournitures jusqu'à leur livraison.

Article III – <u>QUALITE DES PRODUITS</u>

Pour les fournitures faisant l'objet de la présente consultation ayant le statut de DM, les fournisseurs doivent apporter la preuve de la conformité au CSP, en particulier la preuve du marquage CE. **Tous les certificats de marquage CE doivent être fournis avec les déclarations de conformité, être à jour, et clairement identifiés par lot correspondant.**
Les matériaux constitutifs des dispositifs médicaux doivent être précisés dans l'offre.
Les dispositifs médicaux stériles sont conformes à la réglementation, en particulier en ce qui concerne la date limite d'utilisation, le conditionnement et les diverses indications y figurant.
Leur mode de stérilisation doit être précisé dans l'offre.

Article IV – INFORMATIONS TECHNIQUES - FORMATION

Les produits pharmaceutiques proposés doivent être connus du pharmacien responsable des dispositifs médicaux, ainsi que des utilisateurs.

Tout produit non encore utilisé doit être présenté au pharmacien : il appartient au fournisseur de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la pharmacie afin d'effectuer une présentation technique. Secrétariat Pharmacie Centrale : 03.44.61.68.83.

Des échantillons seront fournis gratuitement, envoyés à la pharmacie du GHPSO Site de Creil conjointement à l'envoi de l'offre pour analyse technique et constitution de l'échantillothèque. Un envoi complémentaire d'échantillons pourra être demandé au cours de l'analyse des offres pour essai dans les services de soins.

Les pharmaciens ont accès aux informations techniques et scientifiques : dossiers pharmaciens, fiches techniques, bibliographie, références à des banques de données ….

Une documentation technique est obligatoirement jointe à l'offre. Elle devra faire l'objet d'une classification par lot afin d'être facilement accessible.

Au cours du marché, les titulaires s'engagent à fournir toute documentation rédigée en langue française, nécessaire à une utilisation correcte.

Les titulaires des marchés s'engagent à former en tant que besoins les utilisateurs des produits retenus.

Les titulaires précisent le nom, la qualité et les coordonnées de leurs correspondants de matériovigilance.

Article V – COUT D'UTILISATION

Pour évaluer le coût d'utilisation des produits pharmaceutiques, objet de la consultation, peuvent être pris en compte, selon les lots :

- le nombre d'unités nécessaires pour un soin, un acte médical ou chirurgical,
- les dispositifs médicaux satellites éventuellement nécessaires,
- le temps de manipulation,
- les risques de fautes d'asepsie et d'accidents d'exposition au sang et leurs conséquences,
- la gestion des stocks (volume de stockage, conditions particulières …).

Si nécessaire, le coût d'utilisation sera évalué de manière conjointe entre la pharmacie et le biomédical.

Article VI – QUALITE DES PRESTATIONS DES FOURNISSEURS

Précisées par les candidats dans l'offre pour apprécier leurs performances, les titulaires des marchés s'engagent à respecter ses prestations en partenariat avec les pharmaciens.

- approvisionnement :
  - le délai de livraison,
  - les modalités de traitement de l'urgence,
  - le minimum de commande,
  - le montant des frais de port,
  - les conditions et remises pour règlement accéléré.

Les livraisons ne sont acceptées qu'entre 8h30h et 16h.
Elles seront à effectuer à la pharmacie Centrale du GHPSO selon l'indication du bon de commande.

- actions cliniques, techniques et médico-techniques :
  - actions d'information et de formation (en réponse aux exigences de l'article IV) dans le respect de la stratégie définie par la Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles et avec un objectif de maîtrise des dépenses, pour apporter aux utilisateurs les éléments nécessaires à une bonne utilisation des produits retenus,
  - assistance technique efficace et rapide en cas de problème technique,
  - suivi des produits dans l'établissement et bilans de fonctionnement.
  - Tout changement apporté en cours de marché aux dispositifs médicaux retenus devra être impérativement notifié avant toute livraison au pharmacien responsable des dispositifs médicaux.

Article VII – <u>ALLOTISSEMENT ET CARACTERES SPECIFIQUES DES LOTS</u>

Le tableau des lots avec les besoins quantitatifs indicatifs pour un an est joint en annexe.

=> Pour tous les lots, **les essais réalisés par les praticiens et/ou le personnel soignant seront déterminants** (des fiches d'évaluation seront établies).

=> Lorsque les DM sont utilisés avec des équipements, **la compatibilité équipement/consommable** est essentielle.

=> **Le mode de stérilisation** des dispositifs médicaux devra être précisé dans l'offre.

=> Pour chaque lot de dispositifs médicaux sont indiquées les tailles et caractéristiques des **articles utilisés couramment**.

Il est évident que les **autres références** du même article disponibles chez le fournisseur retenu, seront susceptibles d'être commandées au titre du même marché. Elles **devront être prévues dans l'offre (gamme)**.

BLOC - ANESTHESIE
DISPOSITIFS MEDICAUX D'ABORD CHIRURGICAL ET PERCUTANE
INSTRUMENTATION CHIRURGICALE, DRAPAGE, UROLOGIE
Famille 18.191, 18.30, 18.312, 18.314, 18.315, 18.342

I – INSTRUMENTATION CHIRURGICALE

Lot 1 Agrafeuses coupantes articulées motorisées et non motorisées et chargeurs correspondants pour chirurgie bariatrique en coeliochirurgie conventionnelle et robotique
Toutes dimensions et tous accessoires stériles (coques par exemple)
Préciser toute mise à disposition de matériel.

Lot 2 Trocards à lame avec réducteurs intégrés et chemises toutes dimensions

Lot 3 Gel anti-adhérentiel
Prévention ou réduction de la formation des adhérences post-chirurgicales dans la région abdomino-pelvienne

Lot 4 Plaques électrochirurgicales
Double sécurité
Modèle adulte
Modèle enfant
Certificat de compatibilité avec le parc de générateurs du GHPSO.

Lot 5 Manche usage unique de bistouri électrique avec spatule à usage unique.
Certificat de compatibilité avec le parc de générateurs du GHPSO.

Lot 6 : Tubulure en Y avec filtre pour insufflation de CO2 colonne Sopro Comeg

Lot 7 : Tubulure avec filtre pour insufflation de CO_2 connexion 15/22

II – Habillage, drapage, protection et gants pour bloc opératoire

Tous les DM de cette famille sont stériles sauf si précisé non stérile dans la description.
Le double emballage sera privilégié autant que possible.

Lot 8 Casaques standard
Sans bavette, poignets en jersey
Toutes tailles (actuellement utilisée : XL, XLL et XXL)

Lot 9 Casaques renforcées
Sans bavette, poignets en jersey
Toutes tailles (tailles actuellement utilisées : XL et XXL)

Lot 10 Trousse de RTU

Composition actuelle :

1 couvre-table 140x190 cm contenant:

1 champ de R.T.U 250/280x280 cm, avec renfort 22x31 cm, fenêtre adhésive suspubienne de diamètre 6 cm, fenêtre périnéale de diamètre 5 cm, doigtier intégré, poche de recueil avec bouchon de vidange, jambières intégrées

1 bande adhésive 9x50 cm

2 essuie-mains

Lot 11 Trousse d'isolation verticale au 1er octobre 2027

Composition actuelle :

1 champ de table : 150x190 cm environ

1 champ d'isolation verticale 245x330 cm environ avec poche de recueil avec tamis, fenêtre environ 30x80 avec champs à inciser, 2 poches à instrument

2 serviettes absorbantes 30x40

Lot 12 Trousse coelioscopie voie mixte au 1er octobre 2027

Composition actuelle : dans un carré de transfert

1 champ de table : 140x190 cm environ

1 champ coelioscopie : 255x300 cm environ avec jambières, 2 poches à instruments intégrées compartimentées, 1 fenêtre abdominale 34x38 cm avec film à inciser, fenêtre périnéale adhésive 15x18 cm avec rabat

1 champ adhésif 90 x 75

1 bande adhésive 9 x 50

2 essuies mains

Lot 13 Trousse universelle renforcée au 1er octobre 2027

Composition actuelle : dans 1 carré de transfert 86x86 cm

1 champ de table : 140x190 cm environ

4 essuies mains

2 bandes adhésives

2 champs latéraux adhésifs : 98x120 cm environ avec renforts

1 champ pied adhésif : 196x210 cm environ avec renforts

1 champ tête adhésif : 160x260 cm environ avec renforts

Lot 14 Trousse gynécologique voie basse/petite gynécologie

Composition actuelle :

1 champ de table 140x190 cm

2 essuies mains

1 champ sous fessier : 90x120 cm environ

1 champ adhésif : 45x50 cm environ (2 couches)

1 champ adhésif : 120x150 cm environ (2 couches)

2 jambières : 75x120cm environ

Lot 15 Trousses accouchement : drapage + Dispositifs Médicaux Stériles

Composition actuelle : dans un carré de transfert 100 x 90
1 champ sous-fessier **double poche** avec poche détachable, 96 x 120, avec renfort
1 champ de soin 75 x 90
2 pinces Kocher à griffes 16cm droite pour cordon ombilical
1 paire de ciseaux chirurgicaux bouts ronds 16 cm **pour réalisation de l'épisiotomie ou en l'absence d'épisiotomie pour couper le cordon**
1 plateau 28x24x5 cm (rigide pour recueil du placenta)
10 compresses de gaze 10x10cm 8 plis
1 champ bébé : 100x95 cm environ
1 essuie mains

Variante souhaitée : proposition composition standardisée approchante mais comprenant au minimum :

2 pinces Kocher à griffes 16cm
1 paire de ciseaux chirurgicaux bouts ronds 15 à 18 cm **pour réalisation de l'épisiotomie ou en l'absence d'épisiotomie pour couper le cordon**
1 champ sous-fessier **double poche**
1 champ bébé : 100x95 cm environ
10 compresses de gaze 10x10cm 8 plis
1 plateau 30x20x5 cm (de préférence rigide pour recueil du placenta)

Lot 16 Trousse épisiotomie : drapage + Dispositifs Médicaux Stériles

Composition actuelle :
1 champ de table renforcé 140x120 cm environ
1 champ de soins absorbant 75x90 cm environ
1 champ sous fessier 96 x 126
1 tampon pour épisiotomie diam : 45mm
15 compresses de gaze 8 plis 10x10 cm
1 paire de ciseaux Mayo
1 pince Kocher avec griffes 16cm
1 pince à disséquer sans griffe 18cm
1 porte aiguille 18cm
1 plateau 25 x 13

Lot 17 Trousse césarienne

Composition actuelle :
1 champ de table : 140x190 cm environ
1 champ de table : 120x140 cm environ
1 champ de césarienne : 196x249x300 cm environ avec un renfort (51x67 cm), une fenêtre d'incision (30x36 cm), une poche de recueil des fluides vidangeable et anneaux de fixation des tubulures
2 essuie mains
1 bande adhésive 8x40cm
1 champ bébé : 100x100 cm environ

Lot 18 Trousse orthopédie

Composition actuelle :

1 champ d'approche 120x140 cm environ

2 champ de table renforcés : 140x190 cm environ

1 champ absorbant en U adhésive : 150x210 cm environ avec fenêtre : 20x70 cm environ

1 champ en U adhésif : 250x270 cm environ avec fenêtre : 15x100cm environ, avec renforts absorbants

1 champ de tête 180x300 cm environ avec zone adhésive et renforts absorbants

2 essuie mains

2 bandes adhésives 8x50 cm

Lot 19 Trousse arthroscopie épaule avec poche

Composition actuelle :

1 champ de table : 140x190 cm environ

1 champ d'épaule avec poche vidangeable environ 400x240 cm avec orifice élastique 12x10cm environ

1 champ d'approche 100x150 cm environ

1 bande velcro 2.5x15 cm

Lot 20 Trousse arthroscopie genou avec poche

Composition actuelle :

1 champ d'arthroscopie en T en bilaminé 290/221x322 cm avec poche de recueil des fluides vidangeable et fenêtre élastique de Ø 5 cm

1 Housse de table de Mayo 142 x 80 cm

1 Stockinette 72 x 36,5 cm

1 Housse de caméra vidéo 13 x 240 cm

2 Couvre-table 152 x 190 cm

2 Bandes adhésives 9 x 50 cm

2 Essuie-mains absorbants

Lot 21 Trousses main ou membres supérieurs au 1er octobre 2027

Composition actuelle :

1 champ de table : 150x190 cm environ

1 champ d'approche : 100x150 cm environ, 2 couches

1 champ de main : 370/175 x 365 cm environ avec fenêtre élastique diam : 3cm environ avec renfort absorbant, extension pour table à bras avec plis d'aisance et passe-tubulure

Lot 22 Trousse extrémité membres inférieurs

Composition actuelle :

1 champ de table renforcé : 150x190 cm environ

1 champ d'approche : 150x150 cm environ, 2 couches

1 champ membre inférieur renforcé : 225x320 cm environ, 2 couches et renfort absorbant, Kraton diamètre : 7 cm environ

Lot 23 Trousse de rachi-anesthésie

Composition actuelle :

1 champ : 100x150 cm environ

2 champs adhésifs : 75x90 cm environ, pour mise en place aseptique sur le patient

1 badigeon mousse

5 compresses gaze 10x10cm 12plis 17fils

1 cupule 60ml environ

1 cupule 250ml

1 seringue 5ml luer lock

1 seringue 10ml luer lock

1 aiguille 22G

1 aiguille 18G

Le tout dans un plateau

Variante à proposer avec connectique NRFit.

Lot 24 Trousses angiographie utilisée pour la pose des stimulateurs cardiaques et la radiofréquence

Composition actuelle :

1 champ de table : 140x190 cm environ

2 essuie mains

1 housse ampli brillance type charlotte élastique 50x100cm environ diamètre : 58 cm

1 badigeon mousse

20 compresses 10x10cm 12plis 17fils

1 cupule 250ml

2 cupules 250ml distinctes des premières (couleur)

1 bol 500ml

1 bol réniforme 750ml

1 plateau 45x31, 5 cm

1 champ angiographie : 343x221cm, 2 fenêtres

Lot 25 Trousse périnéale renforcée

Composition actuelle :

1 champ de table : 140x190 cm environ

1 champ périnéal monobloc 200x255cm/240x255 cm environ avec fenêtre adhésive 7x15cm et renfort absorbant 45x90cm environ

1 champ sous-fessier avec pagne 100x120 cm environ

1 champ de bordure adhésif 40x40 cm environ

1 bande velcro 2,5x17 cm

1 bande adhésive 9x35 cm

2 serviettes absorbantes

Lot 26 Set préparation injection intra-vitréenne Drapage + DM
Composition actuelle :
1 champ enveloppant 90x100cm
1 Cupule 60ml
1 Blépharostat
2 Bâtonnets ophtalmiques 5x66mm
1 Pince Kocher Plastique 14cm
1 Marqueur ophtalmique
5 Compresses non tissé 7,5x7,5 cm
3 tampons 4cm
1 Champ patient 40x75cm avec une fenêtre adhésive diamètre 7cm

Variante souhaitée : composition identique avec proposition d'un champ patient munie d'une poche de recueil des fluides.

Lot 27 Housse protège-câble 8x200, pliage téléscopique

Lot 28 Gants de chirurgie latex
toutes tailles
Sans poudre

Lot 29 Gants de chirurgie en néoprène ou autre matière sans latex et sans accélérateurs de vulcanisation
toutes tailles
Non poudrés

III – Dispositifs médicaux d'urologie

Lot 30 Bandelette TVT voie transobturatrice de dehors en dedans
pour incontinence urinaire féminine d'effort, ancillaire UU
Inscription liste intra-GHS

Lot 31 Bandelette pour incontinence urinaire masculine
Ancillaire de pose UU

Lot 32 Set de néphrostomie percutanée
comprenant : un cathéter en J ou pigtail, une aiguille, des dilatateurs, un prolongateur pour raccord à poche

Lot 33 Tuteurs urétéraux

- double crosse toutes charrières, 2 extrémités ouvertes, avec un guide nitinol avec extrémité flexible de 30mm et un poussoir connectable
- simple crosse CH 6, extrémité rénale fermée, œils sur crosse et corps
- gamme pour compression tumorale

Lot 34 Gaine d'accès urétéral double canal au 1er octobre 2027

Lot 35 Panier extracteur de calculs pour urétéroscopie souple
4 fils CH 2.2
6 fils CH 1.6

Lot 36 Panier extracteur de calculs pour urétéroscopie rigide au 1er octobre 2027
CH 03, fils hélicoïdaux, cage en nitinol, poignée pince à sucre

Lot 37 Ligne d'irrigation pour urétéroscopie laser à double percuteur

IV – Renfort de paroi – treillis

Il est nécessaire que le conditionnement soit muni d'un code à barre permettant le scan du produit pour la traçabilité.

Lot 38 Renforts de paroi pour cure de hernie ombilicale.
Toutes tailles, taille actuellement utilisée Diamètre 8.

Lot 39 Treillis partiellement résorbables pour éventration et hernie inguinale
Toutes tailles, mode de fixation au choix du chirurgien

Lot 40 Treillis non résorbable pré-péritonéal latéralisé avec mise en place en coeliochirurgie
Toutes tailles (utilisation actuelle 13x9 droit et gauche)

Lot 41 Renforts de paroi biface pour pose intrapéritonéale
Toutes tailles, formes rondes et rectangulaires, sutures préposées

Lot 42 Implant de renfort pour promontofixation voie haute
Bandelettes pré-découpées en polypropylène
Inscription liste intra-GHS

V - Divers

Lot 43 Set anesthésie péridurale NR FIT
Composition indicative du set utilisé :
1 cathéter péridural armé 19G avec raccord NRFit
1 aiguille de Tuohy 17G avec raccord NRFit
1 aiguille 18G
1 aiguille 21G
1 aiguille 22G
1 aiguille 23G
1 seringue 5ml Luer Slip
1 seringue 10ml Luer Slip
1 seringue 20ml luer Slip
1 seringue de 10 ml de détection espace péridural Luer Slip avec raccord NRFit
1 adaptateur pour cathéter/seringue avec raccord NRFit
1 filtre plat 0,20 µm avec raccord NRFit
1 champ adhésif 75cmx90cm environ avec adhésif
10 compresses de gaze 10x10cm
2 écouvillons pour préparation cutanée
3 godets pour médicament
1 pansement Tégaderm 10cm x 12cm
1 plateau

Lot 44 Canules de lavage en coeliochirurgie 35 et 45cm
35 cm : avec ou sans tubulure d'irrigation aspiration prémontée
45 cm : avec tubulure d'irrigation aspiration prémontée
Matériau non conducteur

Lot 45 Chambres implantables
toutes dimensions de boîtier et cathéter
(cathéter le plus utilisé actuellement : 8,5F silicone
avec un volume de chambre de 0,25ml)

Lot 46 Sondes bicanaliculonasales
En silicone avec mandrin d'acier
Pour adultes
Présence obligatoire d'un code barre pour assurer la traçabilité par scannage

Lot 47 Colorant pour chirurgie de la cataracte
seringue pré-montée

Liste du parc de BE GHPSO Septembre 2026

Marque	Modèle	Quantité
ARTHREX	SYNERGY	1
BOSTON SCIENTIFIC	EPT1000XP	1
COAGULASEM	T 100	1
CYTYC	NOVASURE	1
ELLMAN	SURGITRON EMC 90	1
ERBE	ERBOTOM ICC 200	1
ERBE	ERBOTOM ICC 350	2
ERBE	ERBOTOM ICC 50	1
ERBE	VIO100C	1
ERBE	VIO300D	6
ERBE	VIO300SE	4
ETHICON	GEN 11	3
ETHICON	HARMONIC GEN 04	2
INTUITIVE	E200	1
OLYMPUS	APU-300	1
OLYMPUS	ESG-300	1
OLYMPUS	ESG-410	1
RDE	ELECTROCUT 100	1
STRYKER	CROSSFIRE	1

Quantités annuelles indicatives :

Lot	Désignation	Cladimed	Quantité indicative annuelle	Montant TTC annuel
1	Agrafeuses coupantes articulées et chargeurs correspondants pour chirurgie bariatrique en coeliochirurgie conventionnelle et robotique	F52FC98	66	90 090,67 €
		F52BB08	182	
		F52FC16	161	
2	Trocards à lame avec réducteurs intégrés et chemises toutes dimensions	F52FA09	832	38 294,40 €
		F52FA02	1424	
3	Gel anti-adhérentiel	F52BG02	40	6 330,00 €
4	Plaques électrochirurgicales double sécurité adulte et enfant	F52AA01	4200	2 469,60 €
5	Manche usage unique de bistouri électrique avec spatule à usage unique	F52GA98	1800	5 076,00 €
6	Tubulure en Y avec filtre pour insufflation de CO_2 colonne Sopro Comeg	F52FC98	330	3 861,00 €
7	Tubulure avec filtre pour insufflation de CO_2 connexion 15/22	F52FD05	750	3 528,00 €
8	Casaques standard toutes tailles	E50AD	10 400	17 222,40 €
9	Casaques renforcées toutes tailles	E50AD	12 885	27 058,50 €
10	Trousse de RTU	E51AH03	1050	14 805,00 €
11	Trousse d'isolation verticale	E51AA02	140	2 076,90 €
12	Trousse coelioscopie voie mixte	E51AH05	600	7 776,00 €
13	Trousse universelle renforcée	E51AA01	1550	16 554,00 €
14	Trousse gynécologique voie basse/petite gynécologie	E51AH04	568	3 339,84 €
15	Trousse d'accouchement	E51AI01	2200	31 416,00 €
16	Trousse d'épisiotomie	E51AI99	1400	17 253,60 €
17	Trousse de césarienne	E51AI03	570	7 182,00 €
18	Trousse d'orthopédie	E51AG05	288	4 665,60 €
19	Trousse d'arthroscopie d'épaule avec poche	E51AG06	70	806,40 €
20	Trousse arthroscopie genou avec poche	E51AG02	78	1 324,44 €
21	Trousse de main ou membre supérieur	E51AG04	500	5 208,00 €
22	Trousse extrémités membres inférieurs	E51AG04	430	2 941,20 €
23	Trousse rachi-anesthésie	E51AJ01	740	3 445,44 €
24	Trousse angiographie pour stimulateur cardiaque et radiofréquence	E51AF01	340	7 731,60 €
25	Trousse périnéale renforcée	E51AH04	72	1 036,80 €
26	Set IVT	E51AI99	2500	19 800,00 €
27	Housse protège-câble 8x200	E51DC99	300	414,00 €
28	Gants de chirurgie latex	E50CB01	87000	39 567,60 €

29	Gants de chirurgie sans latex sans accélérateurs de vulcanisation	E50CB03	12100	11 616,00 €
30	Bandelette TVT voie transobturatrice de dehors en dedans pour incontinence urinaire féminine	G53GA02	15	3 165,00 €
31	Bandelette incontinence urinaire masculine	G53AD99	2	2 088,90 €
32	Set de néphrostomie percutanée	G50DB01	16	1 238,40 €
33	Tuteurs urétéraux, simple crosse, double crosse	G53AA	459	30 420,81 €
34	Gaine d'accès urétéral	G52A	138	18 216,00 €
35	Panier extracteur de calcul pour urétéroscopie souple	G55AA01	142	22 152,00 €
36	Panier extracteur de calcul pour urétéroscopie rigide	G55AA	22	2 455,20 €
37	Ligne d'irrigation pour urétéroscopie laser à double percuteur	G51BZ99	160	6 336,00 €
38	Renforts de paroi pour cure de hernie ombilicale	A56CB02	18	2 943,45 €
39	Treillis partiellement résorbables pour éventration et hernie inguinale	A56CB01	91	9 391,21 €
40	Treillis non résorbable pré-péritonéal latéralisé avec mise en place en coeliochirurgie	A56CB02	39	4 402,52 €
41	Renforts de paroi biface pour pose intrapéritonéale	A56CB02	7	2 143,19 €
42	Implant de renfort pour promontofixation voie haute	A56CB02	14	1 772,40 €
43	Set anesthésie péridurale NR FIT	N50EB01	2070	47 792,16 €
44	Canules de lavage en coeliochirurgie 35 et 45cm	F54DA01	617	25 517,41 €
45	Chambres implantables	C5AA02	160	10 257,98 €
46	Sondes bicanaliculo-nasales	S50BD01	20	2 380,08 €
47	Colorant pour chirurgie de la cataracte	S50AB05	270	3 742,20 €