Catalogue des besoins RECH1 2027

Sommaire

SANS	1

Nombre de lignes **1**

13/10/2026

Catalogue des besoins
Lots sans classe

RECH1 Fourniture de consommables pour réchauffeurs

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative
1		**Consommables pour réchauffeurs sang et solutés + MAD réchauffeurs** **Avec mise à disposition de 38 réchauffeurs :** **Le système doit être conçu pour permettre un réchauffement à bas et moyens débits (sans accélérateur de perfusion) garantissant une température à l'extrémité de la tubulure aux alentours de 39°C.** **Il utilisera un système de réchauffement à sec (sans fluides) avec un échangeur à faible volume d'amorçage.** **Il doit être simple d'utilisation et permettre d'obtenir la température de consigne rapidement.** **Il doit avoir un faible encombrement et disposer d'un système d'accrochage s'adaptant sur tubes et/ou sur rails**		
1	1	Tubulures pour réchauffeurs fluides et sang	Unité	8 000

Nombre de lignes **1**