

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQUE

Service de Biologie



## Cahier des Clauses Techniques Particulières

Relatif à

LA FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR LE LABORATOIRE DE  
BIOLOGIE MEDICALE

Procédure utilisée :

**APPEL D'OFFRES**

## **CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

### **ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION**

La présente consultation porte sur la fourniture de réactifs, et de consommables pour le laboratoire de biologie médicale

### **ARTICLE 2 – REPARTITION DES LOTS**

Le tableau annexé détaille lot par lot les caractéristiques techniques des produits demandés.

Le descriptif des lots est mentionné à l'article 3.

### **ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Le tableau annexé (annexe 1) détaille les caractéristiques techniques des produits demandés.

Le candidat fournira le numéro d'enregistrement de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé pour chacun des produits proposés. En outre, les réactifs et les réactifs complémentaires, devront se conformer aux normes édictées par la norme ISO 15189, ainsi que leur mode d'emploi en langue française.

Chaque produit fera l'objet d'une fiche technique rédigée en langue française comportant tous les renseignements permettant d'apprécier les qualités du dit produit et les conditions d'élimination des déchets, notamment des produits toxiques.

En cas d'amélioration de la qualité technique des produits durant la période couverte par le marché, le titulaire devra fournir cette qualité. L'amélioration de la qualité s'entend par :

- Des modifications des produits améliorant les performances techniques de ceux-ci.

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

- Des modifications permettant une amélioration de l'interprétation biologique et clinique des résultats.

Pour les réactifs l'offre doit obligatoirement inclure tous les éléments pour la réalisation de l'analyse (calibrant, contrôle, diluant, réactifs et accessoires auxiliaires non inclus dans le coffret).

Conformément à l'article 5-5.1.3 de la norme ISO 15189 qui exige de valider les procédures analytiques, la validation des méthodes doit être chiffrée par le fournisseur, au moment de l'offre.

Le candidat devra préciser à chaque livraison pour la traçabilité des produits le numéro de lot et la date de péremption de chaque produit.

Le candidat devra fournir pour chaque réactif, la fiche de donnée de sécurité ainsi que la fiche de stress.

Les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées.

### ARTICLE 4 – CRITERES DE CHOIX

Les critères de choix sont les suivant (classement hiérarchique) :

1	<b>Qualité technique</b> basée sur les fiches techniques, les fiches de sécurité, ainsi que les échantillons le cas échéant	50 Pts
2	<b>Le Prix</b>	50 Pts

Afin de faciliter l'analyse des offres, les fiches techniques doivent être clairement identifiées. Les offres de prix devront obligatoirement être renseignées dans le bordereau de prix joint.

### ARTICLE 5 – ECHANTILLONS POUR EVALUATION DES OFFRES

Afin de permettre une meilleure appréciation des offres, le candidat pourra remettre gratuitement des échantillons pour les lots définis au CCTP.

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

### ARTICLE 6 – LES CONDITIONS DE LIVRAISON

Pendant toute la durée des marchés, les articles seront livrés à l'adresse indiquée sur le bon de commande et devra être strictement respectée.

Le fournisseur devra impérativement respecter les températures préconisés de stockage des réactifs, à savoir réfrigérés, congelés ou à température ambiante.

### ARTICLE 7 – QUANTITES

Les besoins sont exprimés en quantités pluriannuelles à titre indicatif.

La procédure du marché à bons de commande est adoptée.

Le 05 juin 2020

Cadre supérieur de santé

D.ARNAUD

  
Cadre supérieur  
Pôle Biologie Pathologie  
UF 7179