Annexe n°1 - Catalogue des besoins DM315
Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
9	**AIGUILLE pour STYLO INSULINE avec système de sécurité Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral Toutes tailles . Préciser compatibilité avec stylos. Dans le cadre de l'éducation thérapeutique des patients, une mise à disposition du matériel devra être précisée s'il y a lieu.**			
1		Unité	374 600	2
18	**SERINGUE 3 pièces LL 50 ou 60 ml Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral Liste des pousse-seringues utilisés au sein des différents établissements (CF annexe n°8)**			
1		Unité	262 314	2
50	**CATHETER de VOIE VEINEUSE CENTRALE en polyuréthane Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral en kit de pose, méthode de Seldinger, tailles pédiatriques dont 3F, 1 lumière, 8 cm. Proposer en variantes autres tailles.**			
1		Unité	15	2
56	**DIFFUSEUR PORTABLE pour ADMINISTRATION d'ANESTHESIQUES LOCAUX via CATHETER INTRA CICATRICIEL Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral**			
1		Unité	320	2
57	**DISPOSITIF d'ADMINISTRATION de produits ANESTHESIQUES, MULTI-ACCES type PIEUVRE,SANS VOLUME RESIDUEL Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral**			
1		Unité	9 000	2
81	**PROLONGATEUR pour scanner type MF, LL mobile, filtre de purge 3µm, bouchon protecteur, 25 cm, Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral lipido-résistant**			
1		Unité	4 000	2
85	**BOITIER de PROTECTION pour robinet 3 voies destinés à protéger les nouveaux-nés Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral en couveuse des blessures par le robinet**			
1		Unité	1 550	5
88	**VALVE ANTI-RETOUR avec OBTURATEUR LL mâle et capuchon protecteur Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral Préciser IMPERATIVEMENT : la pression d'ouverture, le reflux minimal pour fermeture (ml/h), la résistance à la pression et le volume mort**			
1		Unité	87 310	2
600	**SERINGUE 3 ml LL, 3 pièces compatible et limitant l'ADSORPTION des médicaments RADIOPHARMACEUTIQUES Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral Critères à spécifier.**			
1		Unité	2 000	2
601	**Unité de prélèvement sécurité montée avec coprs de prélèvement universel 8/10ème (HEMOCULTURE) Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral 21 G, longueur de tubulure 19 cm.**			
1		Unité	1 200	2
602	**CATHETER MULTIPERFORE (intracicatriciel) 5 à 25 cm Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral**			
1		Unité	100	2
603	**CATHETER PERIPHERIQUE LONG pour ACCES FEMORAL Classe 18.18 01 - DM Abord parentéral Longueur 80 mm et 130 mm, diamètre 1.7 mm,**			
1		Unité	370	2

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
121	**CHAMP de TABLE avec renfort non tissé, très absorbant 140 x 190 cm** **Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles**			
1		Unité	16 601	2
161	**TROUSSE d'ISOLATION VERTICALE IODEE présentée en double emballage** **Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles** **comprenant : 1 champ d'isolation verticale impreigné d'iode avec fenêtre, avec poche de recueil vidangeable, poche à instruments et fixe tubes et fixe câble.** **Proposer en variante une trousse comprenant 1 champ de table 140x190 cm, 2 essuies-mains et 1 bande adhésive supplémentaire à la composition de base.**			
1		Unité	620	2
162	**TROUSSE ORL/STOMATOLOGIE avec fenêtre présentée en double emballage et étiquette de traçabilité** **Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles** **comprenant :** **- 1 champ de table 140 x 190 cm** **- 1 champ 200 x 300 cm avec fenêtre triangulaire adhésive et excentrée 11x11x11 cm** **- 1 essuie-mains**			
1		Unité	3 600	2
163	**TROUSSE ORL N°1 présentée en double emballage et étiquette de traçabilité** **Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles** **comprenant :** **- 1 champ 240 x 200 cm (environ) avec fenêtre excentrée 8 x 10 cm avec film adhésif operculé diamètre 6 cm** **- 1 champ de table renforcé 150 x 190 cm (environ)** **- 2 bandes adhésives** **- 2 serviettes absorbantes**			
1		Unité	310	2
170	**TROUSSE pour IMPLANTATION de Défibrillateur/Stimulateur présentée en double emballage et** **Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles** **étiquette de traçabilité comprenant :** **- 1 housse 95 x 140 cm env** **- 1 couvre-table 140 x 210 cm env** **- 2 paquets de 5 compresses gaze 10x10, 12 plis** **- 1 aiguille 21G x 50 mm** **- 1 champ angiographie 240 x 360 avec 2 fenêtres fémorales avec 2 fenêtres transparentes 80 x 180 cm env** **- 1 seringue 10 ml L Slip** **- 1 cupule 250 ml transparente** **- 2 essuie-main** **- 2 champs coton bleu 45x65 cm env** **- 1 bol à guide 2500 ml** **- 1 housse large** **- 1 pince clamp** **- 1 seringue 20 ml L Slip** **- 1 cupule 120 ml transparente**			
1		Unité	640	2
178	**TROUSSE VASCULAIRE présentée en double emballage et étiquette de traçabilité** **Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles**			
1	Composition n° 1 comprenant : - 1 champ de table renforcé 150 x 230 cm - 1 champ d'approche 140 x 190 cm - 1 champ en U 195 x 305 cm avec fente 30 x 76 cm et adhésif de fixation et fixe tube - 1 champ transversal 155 x 270 cm comprenant 1 recouvrement accoudoir, 1 adhésif de fixation, 1 fixe tube - 1 serviette absorbante - 1 sac poubelle de table	Unité	200	2

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
178	**(SUITE) TROUSSE VASCULAIRE présentée en double emballage et étiquette de traçabilité**			
2	Composition n° 2 comprenant : - 1 champ de table renforcé 150 x 230 cm - 1 champ en U 195 x 305 cm avec fente 10 x 100 cm et adhésif de fixation et fixe tube - 1 champ transversal 155 x 270 cm comprenant 1 recouvrement accoudoir, 1 adhésif de fixation, 1 fixe tube - 1 serviette absorbante - 1 sac poubelle de table - 1 champ d'approche 140 x 190 cm - 1 bande adhésive	Unité	660	2
182	**SET de PONCTION sous SCANNER comprenant : Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles - 1 couvre table 140 x 175 cm - 1 casaque XL - 2 essuie-main - 1 badigeon mousse 20 cm - 1 scalpel #11 - 1 seringue 10 ml LL - 1 seringue 20 ml LL - 1 compresse gaze 10 x 10 cm 12 plis (paquet de 5) - 1 compresse NT 7.5 x 7.5 cm - 3 cupules 250 ml de couleurs différentes - 2 cupules de 120 ml transparentes - 1 bol à guide rectangulaire - 1 champ coton 45 x 65 cm - 4 champs adhésifs 75 x 90 cm - 1 pince clamp verte - 1 aiguille 23Gx 60 mm bleue - 1 champ 193x152 cm - 2 housses d'ampli de brillance Large SIEMENS (capteur+Consoles)**			
1		Unité	2 400	2
183	**SET pour ARTERIOGRAPHIE comprenant : Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles - 1 couvre table 140 x 175 cm - 2 essuie-main - 1 champ coton bleu 45x65 cm - 1 housse capteur de marque SIEMENS - 1 clamp Towell vert 14 cm - 1 badigeon mousse 20 cm - 1 scapel #11 - 2 compresses gaze 10x10 cm 12 plis (paquet de 5) - 2 compresses NT 7.5x7.5 cm - 2 seringue PC 10 ml LL jaune - 1 robinet 1 voie HP - 1 cupule 250 ml transparente - 2 cupules 500 ml transparente - 1 cupule bleue 500 ml - 1 cupule 120 ml transparente - 1 bol à guide 2500 ml - 1 bol à réception de fluides - 1 récupérateur aiguilles pad purple - 1 aiguille 23 G X 60 mm bleue - 1 seringue 3 pièces LL 20 ml - 1 casque XL - 1 champ angiographie fem SMS 220 x 360 cm – 2 panneaux transparents 2 fenêtres**			
1		Unité	780	2
187	**GANTS STERILES pour REVISION UTERINE en LATEX Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles déprotéiné ou autre matériau, à manchettes longues. Proposer toutes tailles dont demi-tailles en variante.**			
1		Paire	1 160	2
208	**HOUSSES STERILES de NASOFIBROSCOPE Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles compatibles avec les modèles suivants : PENTAX10 RP2 et/ou 10 RP3**			

Annexe n°1 - Catalogue des besoins DM315
Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
208	**(SUITE) HOUSSES STERILES de NASOFIBROSCOPE**			
1		Unité	2 600	2
216	**HOUSSE STERILE de PROTECTION pour NOUVEAUX-NES ou PREMATURES** **Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles** **conçue pour sortir de façon temporaire le bébé (pour soins, transport dans le service...) et maintenir sa température**			
1		Unité	80	2
604	**KIT de BIOPSIE pour "ULTRA-PRO II" comprenant** **Classe 18.32 02 - DM drapage et habillage stériles** **1 lot d'insert, 1 protection de sonde en matière type CivFlex ou équivalent taille 14x91.5 cm env, 1 sachet de 20 ml de gel stérile type "Parker Aquasonic" ou équivalent, 2 élastiques de fixation sans latex et 1 champ de table.** **Guides pour ULTRA PRO II de dimensions 14-23G.**			
1		Unité	20	2

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
219	**KIT injection PARTICULES de SILICONE pour CORDES VOCALES Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL**			
1	Kit d'injection bioplastique	Unité	6	0
2	Aiguille malléable	Unité	6	0
224	**DRAIN d' AMSTRONG en silicone Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL**			
1		Unité	200	0
225	**PISTON pour STAPEDECTOMIE Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL fluoroplastique (téflon), diamètre intérieur de la boucle 0.6 mm, diamètre du fût 0.4 mm, longueur 6 mm**			
1		Unité	8	0
313	**COUTEAU pour MICRO-INCISION et EXCISION type Mini-BLADE Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL**			
1		Unité	100	1
324	**CONSOMMABLE LASER compatible avec le modèle Constellation Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL type sonde laser directionnelle ECLAIRANTE en une seule pièce à main, avec les caractéristiques suivantes : fibre fixe avec mémoire de forme, manchon tubulaire en acier rétractable, position ajustable de la fibre (droite à courbé à 85° par une molette autobloquante). Proposer 25 G et 27 G. Proposer la mise à disposition de la console au Centre Hospitalier d'Avignon**			
1		Unité	400	1
605	**ATTELLE INTERNE de type DOYLE Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL permettant une respiration nasale post-opératoire complète**			
1		Unité	20	0
606	**RHINOLARYNGOSCOPE FLEXIBLE à USAGE UNIQUE Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL Préciser les modalités de Mise A Disposition de l'écran et autres accessoires si nécessaires.**			
1	Procédure rhinolaryngoscopie	Unité	100	0
2	Procédure thérapeutique avec canal opérateur associé au dispositif permettant l'instillation des liquides et l'insertion des accessoires endoscopiques ainsi que l'aspiration grâce à un raccord qui permettra de fixer une tubulure d'aspiration.	Unité	20	0
607	**IMPLANT MONOBLOC HYDROPHOBE PROFONDEUR de CHAMP permettant d'améliorer la sensibilité aux contrastes Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL dans le cadre de la chirurgie de la CATARACTE. Proposer 1 version TORIQUE en variante.**			
1		Unité	400	0
608	**Anneau de MALYUGIN Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL Facilitant la prise en charge des pupilles de petite taille en permettant une dilatation moins traumatique et stable de l'iris durant la chirurgie de la cataracte,**			
1		Unité	40	2
609	**SONDE de CYCLOPHOTOCOAGULATION stérile avec FIBRE OPTIQUE de diamètre 600 µm Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL compatible avec le laser diode détenu au Centre Hospitalier d'Avignon pour le traitement du glaucome avancé ou agonique.**			
1		Unité	60	0

Annexe n°1 - Catalogue des besoins DM315 Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
610	**KIT à UU pour INJECTION de VISUDYNE comprenant** **Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL** **- 1 plateau 15x20 cm env** **- 1 champ de table ouaté/PE - 45x45 cm env** **- 1 champ opaque 35x35 cm env** **- 3 seringue 10 ml LL centré 3 pièces** **- 1 seringues 50 ml (graduée 60 ml) LL centré 3 pièces** **- 2 aig 18 G x 40 mm sécurisées** **- 1 prolongateur PE/PVC M/F 100 cm** **- 1 prolongateur 25 cm avec robinet 3 voies** **- 1 cathéter sécurisé à ailettes avec site d'injection 22 G x 25 mm** **- 1 filtre 1.2 µm avec tubulure 100 mm**			
1		Unité	20	2
611	**CISEAUX de CASTROVIEJO à cornée** **Classe 18.20 03 - DM Abord OPHTALMOLOGIE - ORL et MAXILLO-FACIAL**			
1		Unité	30	2

Annexe n°1 - Catalogue des besoins DM315
Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
357	**TUTEUR URETERAL PEDIATRIQUE pour PYELOPLASTIE - CH 04 à 06** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique**			
1		Unité	6	1
373	**IMPLANT INJECTABLE par voie endoscopique pour le traitement du reflux vésico-urétéral** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique** **Proposer en variante le gel lubrifiant**			
1	Seringue pré-remplie	Unité	10	1
2	Aiguille d'injection	Unité	18	1
380	**Chlorure de sodium 0.9% pour IRRIGATION en UROLOGIE - poche 3 litres graduée.** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique** **Préciser si la poche peut être utilisée dans les réchauffeurs (T° max à préciser)**			
1		Poche	9 930	2
383	**MANCHON TOURNANT à UU POUR IVG** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique**			
1		Unité	920	2
393	**ELECTRODE FOETALE de SCALP pour moniteur de surveillance foetale HP** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique**			
1		Unité	730	2
397	**DISPOSITIF pour RETRAIT de DIU** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique**			
1		Unité	100	2
399	**BROSSE ECOUVILLON CYLINDRIQUE pour CYTOLOGIE de l'ENDOCOL ou prélèvement bactériologique** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique**			
1		Unité	175	2
401	**DISPOSITIF pour HYSTEROSALPINGOGRAPHIE - Proposer tous les diamètres de cupules** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique**			
1		Unité	650	2
612	**TUTEUR URETERAL SIMPLE CROSSE, 90 cm pour DRAINAGE. Proposer un kit** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique**			
1		Unité	20	2
613	**TUTEUR URETERAL DOUBLE CROSSE, 12 à 30 cm en SET muni d'un poussoir simple** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique** **Proposer le kit avec guide intégré**			
1		Unité	20	2
614	**SET pour BIOPSIE du TROPHOBLASTE avec AIGUILLE 21 G 185 mm** **Classe 18.19 04 - DM Abord uro, gynéco et néphrologique**			
1		Unité	20	2

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
477	**LUNETTES pour PHOTOTHERAPIE pour usage NEONATAL, Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles Proposer différents tours de tête. 10 spécimens seront à envoyer au minimum ou 1 boite si conditionnement supérieur.**			
1		Unité	757	10
483	**DISTRIBUTEUR JOURNALIER de médicaments Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles**			
1	Distributeur individuel, à 4 compartiments avec couvercle à glissière	Unité	1 275	2
2	Plateau	Unité	6	2
484	**ECRASE-COMPRIME en plastique Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles Proposer différents types avec consommables associés le cas échéant (sachets etc)**			
1		Unité	25	2
496	**COMPRESSE de gel thermique réutilisable Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles dimensions environ 20 x 30 cm, utilisable à chaud et à froid**			
1		Unité	1 525	2
615	**GANTS de SOIN en NITRILE - NON STERILE - longueur de la manchette 240 mm Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles , non poudrés, hypoallergéniques. Proposer toutes tailles dont 1/2 tailles, préciser les dimensions (mm). Fournir les caractéristiques techniques détaillées (longueurs +/-, épaisseurs selon zones, matière +/- revêtement intérieur, extérieur, présence +/- d'agent de vulcanisation +/- accélérateurs, Tests de vieillissement et rupture etc) Un plan d'approvisionnement devra être proposé ainsi qu'un modèle en amont des phases de tension et/ou de rupture afin d'assurer une continuité des soins. Une boite de chaque taille est demandée en échantillons de présentation.**			
1		Gant	3 806 200	1
616	**GANTS de SOIN en NITRILE - NON STERILE - longueur de la manchette 290-300 mm Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles , non poudrés, hypoallergéniques. Proposer toutes tailles dont 1/2 tailles, préciser les dimensions (mm). Fournir les caractéristiques techniques détaillées (longueurs +/-, épaisseurs selon zones, matière +/- revêtement intérieur, extérieur, présence +/- d'agent de vulcanisation +/- accélérateurs, Tests de vieillissement et rupture etc) Un plan d'approvisionnement devra être proposé ainsi qu'un modèle en amont des phases de tension et/ou de rupture afin d'assurer une continuité des soins. Une boite de chaque taille est demandée en échantillons de présentation.**			
1		Gant	10 372 300	1
617	**GANTS de SOIN en NITRILE - NON STERILE - longueur de la manchette 400 mm Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles , non poudrés, hypoallergéniques. Proposer toutes tailles dont 1/2 tailles, préciser les dimensions (mm). Fournir les caractéristiques techniques détaillées (longueurs +/-, épaisseurs selon zones, matière +/- revêtement intérieur, extérieur, présence +/- d'agent de vulcanisation +/- accélérateurs, Tests de vieillissement et rupture etc) Un plan d'approvisionnement devra être proposé ainsi qu'un modèle en amont des phases de tension et/ou de rupture afin d'assurer une continuité des soins. Une boite de chaque taille est demandée en échantillons de présentation.**			
1		Gant	370 000	1
618	**Ecouvillon spécifique pour le brossage de la tête distale des endoscopes munis d'un érecteur Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles (duodénoscopes; écho-endoscopes) dont le modèle détenu au Centre Hospitalier d'Avignon PENTAX EUSJ10.**			
1		Unité	1 000	2
619	**ETIQUETTES de traçabilité à coller sur sachet et feuille non tissée passés en autoclave Classe 18.34 05 - DM consommables non stériles Autoclavables. Présence d'un indicateur de passage en stérilisation. Dimension env 70 x 35 mm**			
1		Unité	36 000	2

Annexe n°1 - Catalogue des besoins DM315
Classe 18.22 06 - DM Système vasculaire périphérique

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
620	**GUIDE de NAVIGATION ou DESOCCLUSION pour ARTERE de JAMBE orientable, à support élevé, 0,014. Classe 18.22 06 - DM Système vasculaire périphérique Proposer une LARGE gamme. LOT PUBLIE pour une durée de marché allant de la notification (env Juillet 2021) au 31 Mars 2024. QUANTITES EXPRIMEES pour 2 ANS.**			
1		Unité	400	0
621	**SET d'INTRODUCTION pour MISE en PLACE de GUIDE 0.038 dans le système VASCULAIRE PERIPHERIQUE, Classe 18.22 06 - DM Système vasculaire périphérique avec un point d'accès de 21G, comprenant : - aiguille d'introduction 21G - guide 0.038 - cathéter d'introduction LOT PUBLIE pour une durée de marché allant de la notification (env Juillet 2021) au 31 Mars 2024. QUANTITES EXPRIMEES pour 2 ANS.**			
1		Unité	130	0
622	**PATCH VASCULAIRE A PAROI FINE EN POLYESTER TRICOTE IMPREIGNE DE COLLAGENE - Dimension 25 x 120 mm Classe 18.22 06 - DM Système vasculaire périphérique Proposer de forme rectangulaire et anatomique en variante. LOT PUBLIE pour une durée de marché allant de la notification (env Juillet 2021) au 31 Mars 2024. QUANTITES EXPRIMEES pour 2 ANS.**			
1		Unité	20	0
623	**CLIP en TITANE ou NITINOL pour MARQUAGE des LESIONS MAMMAIRES Classe 18.22 06 - DM Système vasculaire périphérique LOT PUBLIE pour une durée de marché allant de la notification (env Juillet 2021) au 31 Mars 2024. QUANTITES EXPRIMEES pour 2 ANS.**			
1		Unité	60	0
624	**CATHETER DOUBLE LUMIERE pour DRAINAGE d'ABCES sur collection épaisse ou purulante - Voie percutanée Classe 18.22 06 - DM Système vasculaire périphérique permettant d'aspirer d'un côté avec une seringue et d'injecter de l'autre côté du liquide comme serum physiologique, cathéter permettant un débit élevé. LOT PUBLIE pour une durée de marché allant de la notification (env Juillet 2021) au 31 Mars 2024. QUANTITES EXPRIMEES pour 2 ANS.**			
1		Unité	20	0
625	**CATHETER d'ANGIOGRAPHIE 5F, toutes courbures, pour RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE Classe 18.22 06 - DM Système vasculaire périphérique LOT PUBLIE pour une durée de marché allant de la notification (env Juillet 2021) au 31 Mars 2024. QUANTITES EXPRIMEES pour 2 ANS.**			
1		Unité	180	0

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
626	**SYSTEME d'ASPIRATION de FUMEES pour CHIRURGIE OUVERTE** **Classe 18.29 07 - DM Abord chirurgical** **12 salles seront à équiper au Centre Hospitalier d'Avignon. Chaque système sera utilisé avec un générateur MAXIUM version M de marque MARTIN et installé sur un chariot déjà en place. Un système de secours pourra être proposé en plus.** **Une proposition avec le même système pour la CHIRURGIE FERMEE pourra aussi être proposée en option non obligatoire (7 salles maximum)** **LOT PUBLIE pour une durée de marché allant de la notification (env Juillet 2021) au 31 Mars 2023. QUANTITES EXPRIMEES pour 2 ANS.** **Tous les accessoires nécessaires devront être proposés ainsi que les fréquences de changement et maintenances expliquées afin de calculer le coût complet.** **Proposer les différents schémas d'acquisition : Mise à Disposition, Achat. En cas de Mise à Disposition, une solution de rachat à la fin de la période pourra être proposée.** **Les annexes n°4 et 5 du DCE sont à renseigner.**			
1	Nombre de bistouris demandés (chirurgie ouverte) Dans le cas d'étude pour la chirurgie fermée, 3000 tubulures d'aspiration pourront être demandées.	Unité	8 000	0

Annexe n°1 - Catalogue des besoins DM315
Classe 18.24 08 - DM Consommables d'abord pulmonaire et d'anesthésie réanimation

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
627	**BRONCHOSCOPE UU, canal opérateur de diamètre 2.1 mm** **Classe 18.24 08 - DM Consommables d'abord pulmonaire et d'anesthésie réanimation** **Proposer l'écran en Mise à Disposition** **LOT PUBLIE pour une durée de marché allant de la notification (env Juillet 2021) au 31 Mars 2023. QUANTITES EXPRIMEES pour 2 ANS.**			
1		Unité	60	0

Annexe n°1 - Catalogue des besoins DM315
Classe 18.72 09 - Désinfectant

Consultation DM315 Campagne 2021 - Quantités 2 ans

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
628	**DETERGENT-DECONTAMINANT INSTRUMENTS pour USAGE MANUEL - Formulation sans aldéhyde- Doses de 25 ml Classe 18.72 09 - Désinfectant**			
1		Dose	23 700	0
629	**DETERGENT-DECONTAMINANT INSTRUMENTS pour USAGE MANUEL - Formulation sans aldéhyde - Flacon 1 Litre Classe 18.72 09 - Désinfectant QUANTITES EXPRIMEES EN LITRES POUR 2 ANS**			
1		Litre	8 465	0
Nombre de lignes	**71**			