

Catalogue des besoins

Lots sans classe

Consultation AOLIN Campagne 2021

L/SL	Libellé	Unité	Demandé	Nb Spec
1	LINGETTE NETTOYANTE DESINFECTANTE PAR ESSUYAGE DES SURFACES EXTERNES DE DM NON CRITIQUES LINGETTE NETTOYANTE DESINFECTANTE POUR DM (EX : SONDES D'ECHOGRAPHIES EXTERNES)			
1	LINGETTE NETTOYANTE DESINFECTANTE SELON LES NORMES : BACTERICIDIE EN13727 / EN 16615 LEVURICIDIE EN13624 / EN 16615, VIRUCIDIE EN14476 / EN 17111 DOCUMENTS NECESSAIRES : - MARQUAGE CE, DM IIA - FICHE TECHNIQUE ET MODE D'EMPLOI DU PRODUIT - DOSSIER SCIENTIFIQUE AVEC PV DES NORMES - FICHE DE DONNEES DE SECURITE - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES - FICHE DE DONNEES DE BIODEGRADABILITE - CERTIFICAT DE COMPATIBILITE SONDES ECHOGRAPHIES EXTERNES - INFORMATION TOXICOLOGIQUE ET ECO-TOXICOLOGIQUE - ETUDE ELECTROCHIMIQUE DE LA CORROSION SELON LA NORME NF S94-402-1	Unité	25 500	3
2	LINGETTE DETERGENTE ET LINGETTE DESINFECTANTE POUR DESINFECTION DE NIVEAU INTERMEDIAIRE LINGETTE POUR LA DESINFECTION DES SONDES D'ECHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRES			
1	LINGETTE DETERGENTE ET LINGETTE DESINFECTANTE SELON LES NORMES : BACTERICIDIE EN16615, LEVURICIDIE EN16615, FONGICIDIE EN13624 ET EN14562, TUBERCULOCIDIE EN14348 ET EN14563, VIRUCIDIE EN14476 ET EN17111 DOCUMENTS NECESSAIRES : - MARQUAGE CE DM IIB - FICHE TECHNIQUE ET MODE D'EMPLOI DU PRODUIT - DOSSIER SCIENTIFIQUE AVEC PV DES NORMES - FICHE DE DONNEES DE SECURITE - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES - FICHE DE DONNEES DE BIODEGRADABILITE - CERTIFICAT DE COMPATIBILITE SONDES ECHOGRAPHIES ENDOCAVITAIRES - INFORMATION TOXICOLOGIQUE ET ECO-TOXICOLOGIQUE - ETUDE ELECTROCHIMIQUE DE LA CORROSION SELON LA NORME NF S94-402-1	Unité	18 200	3
3	FILTRE EAU JETABLE STERILE ENVIRON 30 JOURS			
1	FILTRE EAU 0,22 MICRONS SORTIE DOUCHETTE EMBOUT CLIP ADAPTE POUR LE LAVAGE DES MAINS ET LE RINCAGE DES DM	Unité	2 504	3
2	FILTRE EAU 0,22 MICRONS RACCORD CPC - SORTIE CPC	Unité	80	2
3	FILTRE EAU 0,22 MICRONS SORTIE ROBINET DROITE EMBOUT CLIP ADAPTE POUR LE LAVAGE DES MAINS ET LE RINCAGE DES DM	Unité	40	2
4	FILTRE EAU VISSABLE DOUCHE ADAPTE POUR LA DOUCHE ET LE BAIN DANS LES SERVICES DE SOINS	Unité	350	2
4	FILTRE EAU POUR EQUIPEMENT SOGOBA			
1	FILTRE EAU 0,22 MICRONS	Unité	450	2
5	FILTRE EAU JETABLE STERILE ENVIRON 62 JOURS OU PLUS			
1	FILTRE EAU 0,22 MICRONS SORTIE DOUCHETTE EMBOUT CLIP ADAPTE POUR LA DOUCHE ET LE BAIN DANS LES SERVICES DE SOINS	Unité	918	0
Nombre de lignes 8				