



## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

### MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

---

**Fourniture, installation et mise en service d'un lit  
d'accouchement.**

---

# 1 lit d'accouchement et accessoires

Une seule commande, prix ferme

Variante(s) **non** autorisé(e)(s)

## Spécificités techniques

Le lit d'accouchement sera adapté à la phase de pré-travail et la phase d'accouchement et disposer de commandes électriques (au minimum pour la hauteur et le dossier), il doit être capable de supporter un poids minimum de 200 Kg.

Il aura les caractéristiques suivantes :

- permettre de nombreuses positions d'accouchement
- être mobilisable aisément
- être facilement nettoyable sur sa totalité
- équipé des éléments suivants :
  - une paire de jambières
  - une paire d'appui-talons
  - barre de suspension positionnable dans divers axes
  - des barrières de lits escamotables
  - plusieurs poignées que la parturiente peut utiliser dans différentes positions
  - une cuvette inox intégrée
  - une batterie de secours

La partie jambière devra être facilement manipulable par le personnel pendant la phase de travail.

Durée de garantie = 2 ans

Le candidat inclura à sa proposition la réalisation d'une visite de maintenance préventive à la fin de la première année de garantie selon le protocole de maintenance constructeur.

Le protocole de maintenance préventive annuel devra impérativement être joint à l'offre